

【供應中心無菌物品供應與醫療品質的相關性】

衛生福利部疾病管制署(以下簡稱疾管署)於 2015 年 2 月 19 日轉告，美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)所屬醫學機構表示自 2014 年 10 月至 2015 年 1 月，共 7 名病人感染抗碳青黴烯類腸桿菌屬(CRE)超級細菌，其中 2 名死亡，另有 179 名暴露感染風險，經查可能與內視鏡逆行性膽胰管攝影術(ERCP)所使用之內視鏡有關。美國 Food and Drug Administration(以下簡稱 FDA)於同日表示雖然內視鏡依循正確清潔流程，惟其設計的複雜性，可能有礙於有效清潔、消毒及滅菌，導致使用者暴露於感染風險。目前 FDA 提出使用建議並會同疾管署及製造商等，積極確認風險因子並尋求解決之道。供應中心一直以來在醫院擔任器械清潔與滅菌工作，這無疑是要醫院再次檢視醫院的清潔、消毒與滅菌流程，更顯示供應中心的重要性。……

(文摘自醫療品質雜誌第 10 卷第 5 期特別企劃，李聰明等人著)

本期其他精彩內容：

〈身心障礙者之友善醫療環境〉

〈感染管制：腸病毒感染及防治 嬰兒室感管措施及群聚處置〉

〈性別與健康：性別界限 白衣天使與病人無共識的合作〉

#醫療品質雜誌

=====

◎雜誌訂閱：

<http://www.jct.org.tw/Upload/UserFile/file/雜誌訂購單.doc>

◎購買電子雜誌：

1.<http://goo.gl/bd2shx>

2.<http://www.airitibooks.com/Detail/Detail?PublicationID=P20150330089&DetailSourceType=0>

◎本雜誌提供「感染管制」與「性別議題」通訊繼續教育積分



圖取自 [https://www.google.com.tw/search?hl=zh-](https://www.google.com.tw/search?hl=zh-TW&site=imghp&tbn=isch&source=hp&biw=1920&bih=937&q=endoscope&oq=endoscope&gs_l=img.3...0.0.1.166.0.0.0.0.0.0.0.0....0...1ac..64.img..0.0.0.69_sbOUPY5g#imgcr=KBajPPTEKi9UwM%3A)

[TW&site=imghp&tbn=isch&source=hp&biw=1920&bih=937&q=endoscope&oq=endoscope&gs_l=img.3...0.0.1.166.0.0.0.0.0.0.0.0....0...1ac..64.img..0.0.0.69_sbOUPY5g#imgcr=KBajPPTEKi9UwM%3A](https://www.google.com.tw/search?hl=zh-TW&site=imghp&tbn=isch&source=hp&biw=1920&bih=937&q=endoscope&oq=endoscope&gs_l=img.3...0.0.1.166.0.0.0.0.0.0.0.0....0...1ac..64.img..0.0.0.69_sbOUPY5g#imgcr=KBajPPTEKi9UwM%3A)